



DESCRIPCIÓN

Instrumento usado en cirugía para punccionar una cavidad y dejar una puerta abierta para, a través de ella, realizar otras funciones; por eso consta de un punzón que permite perforar y una cánula o camisa por la que, tras la punción, se extraen los líquidos, se introduce el gas en la cavidad, se deslizan los instrumentos quirúrgicos, se obtienen las piezas extirpadas, se colocan los drenajes, se insertan las mallas, etc.

INFORMACIÓN GENERAL

Producto: PUNZON TIPO PIRAMIDAL

Referencia: 626-152-11

Marca: TONTARRA

Clasificación de Riesgo: I

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rango: Sistemas de trocar

Uso previsto: Endoscopia, laparoscopia.

Esterilización: A vapor en autoclave (procedimiento de pre-vacío fraccionado con secado suficiente del producto). Los cables/adaptadores se han de esterilizar a un mínimo de 132° C y un máximo de 138° C en vapor saturado con un tiempo de espera de 3 minutos como mínimo y 20 como máximo y un secado en vacío de, por lo menos, 10 minutos. En caso de utilizar procedimientos de esterilización diferentes al descrito en instrucciones, el procedimiento diferente ha de ser correspondientemente validado por el usuario.

Empaque: Empaque Único Por Unidad

Medidas: 12.5 MM x 98 MM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Punzón con punta tipo piramidal, cortante, en acero inoxidable para camisas de trocar de 12,5MM.
- Antes de cada uso hay que realizar un control visual y funcional.
- Este instrumento solo se usa en combinación de una funda de trocar o camisa de trocar de la medida correspondiente.
- La vida útil del producto depende del desgaste, los daños y la cantidad de veces que se ha reprocesado, por motivos de diseño, de los materiales utilizados y de la finalidad del uso, no se puede establecer un límite máximo de ciclos de limpieza, desinfección y esterilización que se pueden realizar.

REGISTRO INVIMA 2014DM-0011648